编号：YNH/AJ-15-67-2017

低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（清除法）出厂检验报告

质控品	Randox	3012CH	2026-10-28	5.37mmol/L	4.56-6.18mmol/L

检验项目	要求	结果		判定
		3	1.20%	
批内精密度测定	重复测试（2.50±0.50）mmol/L 和（5.00±1.00）mmol/L 的样本，所得结果的变异系数（CV）≤3.0%	CV1	1.22%	√
		CV2	0.54%	
批间精密度测定	测试（2.50±0.50）mmol/L 的样本，所得结果的批间相对极差（R）≤10.0%	/		/
	[0.3,10.0]，相关系数应不小于 0.9950。	0.9997		√
线性范围测定	线性相对偏差不超过 10%。	浓度 1	1.70%	√
		浓度 2	3.24%	√
		浓度 3	8.78%	√
		浓度 4	6.73%	√
		浓度 5	8.58%	√
		浓度 6	5.53%	√
校准品外观检查	冻干粉,复溶后为淡黄色液体。	符合要求		√
校准品准确度测定	使用校准品定值与分析仪新试剂批号一致的标准	1.27%		
校准品均一性测定	瓶间变异系数不大于 5%。	1.00%		√