编号：YNH/AJ-15-58-2011

总胆红素（钒酸盐法）测定试剂盒出厂检验报告

160ml（40 型）	R1：32ml×4　R2：8ml×4　校准品：2ml×1

质控品水平	Randox　hum asy control 2	1694UN	2028-03	30.1umol/L	23.8-36.4

外观检查	R1 为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。		符合要求	√
准确度测定	测定国家标准品，相对偏差不大于±10%。	水平 1	-2.41%	√
		水平 2	-3.79%	
线性范围测定	10μmol/L；(100-300]μmol/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。	浓度 2	2.76%	√
		浓度 3	5.97μmol/L	√
		浓度 4	5.18μmol/L	√
		浓度 5	0.64μmol/L	√
校准品外观检查	淡黄色疏松粉末。	符合要求		
校准品水分含量	校准品水分应不高于 5.0%	[illegible]		
校准品正确度测定	量值溯源的正确度应符合[illegible]	0.65		[illegible]