

编号: YNH/A3-15-56-2011

前白蛋白测定试剂盒出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械注准 20142400557

检验日期: 2025-07-07

试剂盒批号: 2250702

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DS1KS001

紫外可见分光光度计型号: L5

紫外可见分光光度计编号: 077015020215050006

检测波长: R1: 500nm, R2: 600nm, CAL: 500nm

制造商	批号	有效期至	物体 (g)	砝码 (g)
北京普瑞德生物科技股份有限公司	GBW(E)09-0513		1.0002	0.2201270
上海	930093009	2026-07-31	2.001	2.000345

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	R1 与 R2 均为无色透明液体, 无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√
线性范围	符合说明书。	符合	√
批内精密度	符合说明书。	符合	√

线性范围测定	批间精密度: $R \leq 10\%$ 。	/	/	
	在线性范围内, 线性误差 (用相关系数表示) 应不小于 0.9900。	1.0000	√	
	(30-200]mg/L 范围内, 线性绝对偏差不得超过 20mg/L	浓度 1	4.94%	√
		浓度 2	5.77%	√
		浓度 3	7.25%	√
浓度 4		0.018g/L	√	
(200-300]mg/L 范围内, 线性相对偏差不得超过 10%。				

普瑞德生物

质检

张明

张明

张明

张明

