

编号: YNH/AJ-15-111-2011

### 血小板诱聚剂(胶原)出厂检验报告


检验依据: 血小板诱聚剂(胶原)及其技术要求, 药械注准 20122100002

检验日期: 2025.08.29

辅料名称: 2250828

规格型号: 2250828

检验项目	要求	结果	判定
外观性状	白色粉末状。	白色粉末	合格
含量	不低于98.0%。	99.1%	合格
百分含量	测定值符合本项。血小板与胶原的百分含量(%) 测定值为 99.1%。	99.1%	合格
百分含量	测定值符合本项。血小板与胶原百分含量(%) 测定值为 99.1%。	99.100%	合格
结论	检验合格。		



检验员:       

复核人:       

日期: