

编号: YNH/AJ-15-33-2016

### 试剂出厂检验报告

试剂名称: 血小板分析仪专用清洗液

试剂批号: 22511191

检验日期: 2025.11.24

试剂规格: 1L、5L

试剂名称		检测结果				备注
pH值	20±1℃, pH: 6.9	6.90	6.90	6.90	6.90	✓
	20±1℃, pH: 7.50±0.05	7.50	7.50	7.50	7.50	✓
电导率	20±1℃, 电导率: 120±10 μS/cm	120	120	120	120	✓
	20±1℃, 电导率: 120±10 μS/cm	120	120	120	120	✓
外观	无色透明液体, 无沉淀, 无杂质	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
	无色透明液体, 无沉淀, 无杂质	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
包装	密封完好, 无破损	0	0	0	0	✓
	密封完好, 无破损	0	0	0	0	✓
结论	合格放行					



检验人: 陈静

复核人: 李成

批准人: 周强