

编号：YNH/AJ-15-16-2011

血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）产品技术要求：苏械注准 20162400769

检验日期：2026.01.07

试剂批号：2260105

检验仪器：PH-12

仪器编号：P2N11005C

检验项目	要求	结果	判定
外观性状	无色透明液体，无悬浮物和沉淀物。	符合要求	√
重复性	测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）应不高于10%。	1.85%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时，血小板聚集率应不低于90%。	95%	√
结论	检验是否合格。		

